



대전지방식품의약품안전청



국

수신 수신자 참조

(경유)

제목 의료기기 판매중지, 사용중지, 회수 및 회수사실공표 등 명령보고(알림)[한스바이오메드(주)](정정)

1. 관련

- 가. 「의료기기법」 제34조 및 제35조
- 나. 「의료기기 회수·폐기 등 업무 처리 지침」
- 다. 의료제품안전과-10721호(2020. 9. 29.)

2. 위 호 관련, 우리 청 관내 의료기기 제조업체 한스바이오메드(주)에 '흡수성체내용지혈용품(허가번호: 제허12-396호)'에 대하여 아래와 같이 판매중지, 사용중지, 회수 및 회수사실 공표 명령하였음을 보고(알림)하오니 업무에 참고하시기 바라며, 아울러 동 명령과 관련하여 각 시·도 및 협회에서는 유관 기관 등에 널리 알려주시기 바랍니다.

가. 판매중지, 사용중지 대상: 흡수성체내용지혈용품(허가번호: 제허12-396호)


나. 회수 및 회수사실공표 등 명령

- 회수대상 품목명(허가번호, 모델명), 제조번호(유효기간): 붙임파일 참조
- 위해성 정도: 「의료기기법 시행규칙」 제52조 제2항제2호(위해성 2)
- 회수 사유: 허가사항과 다르게 제조
- * 정정대상: 사용중지 명령 추가 및 판매중지 대상 허가번호 수정(제인→제허)

붙임 제품 정보 등 1부. 끝.



대전지방식품의약품안전청



수신자 식품의약품안전처장(의료기기관리과장), 식품의약품안전처장(의약품안전관리과장), 식품의약품안전평가원장(심혈영양기기과장), 식품의약품안전평가원장(첨단의료기기과장), 식품의약품안전평가원장(정형제활기기과장), 식품의약품안전평가원장(구강소화기기과장), 식품의약품안전평가원장(제외진단기기과장), 서울지방식품의약품안전청장(운영지원과장), 서울지방식품의약품안전청장(의료기기안전관리과장), 부산지방식품의약품안전청장(운영지원과장), 부산지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장), 경인지방식품의약품안전청장(운영지원과장), 경인지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장), 경인지방식품의약품안전청장(의료제품실사과장), 대구지방식품의약품안전청장(운영지원과장), 대구지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장), 광주지방식품의약품안전청장(운영지원과장), 광주지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장), 운영지원과장, 의료제품실사과장, 국방부장관(물자관리과장), 보건복지부장관(보험급여과장), 국민건강보험공단이사장, 건강보험심사평가원장, 한국의료기기안전정보원장, (사)대한병원협회장, 대한의사협회장, (사)한국의료기기산업협회장, (사)한국의료기기공업협동조합 이사장, (사)한국치과기재산업협회장, (사)한국의료기기유통협회장, 서울특별시시장, 부산광역시시장, 대구광역시시장, 인천광역시시장, 광주광역시시장, 강원도지사, 대전광역시시장, 충청북도지사, 울산광역시시장, 충청남도지사, 경기도지사, 전라북도지사, 전라남도지사, 경상북도지사, 경상남도지사, 제주특별자치도지사, 세종특별자치시장

주무관 우경진 주무관 태진 의료제품안전과전결 2020. 10. 6.
장 박공수

협조자

시행 의료제품안전과-10839 (2020. 10. 6.) 접수

우 35209 대전광역시 서구 청사로 166, (둔산동) / <http://www.mfds.go.kr>

전화번호 042-480-8775 팩스번호 042-480-3887 / wkj0131@korea.kr / 대국민 공개

힘내라 대한민국!